


UNIVERSITAS NEGERI MALANG	BERITA ACARA PENJELASAN DOKUMEN PENGADAAN
PEKERJAAN : Pengadaan Peralatan Laboratorium UPT Laboratorium Terpadu Program Revitalisasi Perguruan Tinggi Negeri Universitas Negeri Malang Tahun Anggaran 2024 INSTANSI : Universitas Negeri Malang (UM)	Nomor : 15.7.151/UN32.30/PL/2024 Tanggal : 15 Juli 2024 Lampiran : 1 (satu) lembar

Pada hari ini Senin, tanggal lima belas, bulan Juli tahun dua ribu dua puluh empat, dimulai pukul 09.00 WIB. kami telah mengadakan rapat Penjelasan Pekerjaan Pengadaan Peralatan Laboratorium UPT Laboratorium Terpadu Program Revitalisasi Perguruan Tinggi Negeri Universitas Negeri Malang Tahun Anggaran 2024 (*melalui Sistem Pengadaan UM*) yang juga dihadiri oleh penyedia dan menyatakan sebagai berikut:

1. Penjelasan Dokumen Administrasi
2. Penjelasan Dokumen Teknis
3. Penjelasan Dokumen Kualifikasi
4. Rincian terlampir

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pokja Pemilihan :

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Puput Risdanareni, S.T., M.T., Ph.D.	Ketua	1. 
2.	Dr. Nazriati, M.Si.	Sekretaris	2. 
3.	Andriyan Nurman Effendi, S.T., M.M.	Anggota	3. 
4.	Doni Darmawan, S.AP.	Anggota	4. 
5.	Wawan Sugianto, S.Sos.	Anggota	5. 
6.	Haris Gus Dewanta, S.Pd., S.H., M.H.	Anggota	6. 
7.	Ahmad Alfian Mahfudhin Syah, S.E.	Anggota	7. 

Pemberian Penjelasan Paket Pekerjaan Pengadaan Peralatan Laboratorium UPT Laboratorium Terpadu Program Revitalisasi Perguruan Tinggi Negeri Universitas Negeri Malang Tahun Anggaran 2024

Jadwal: 15/07/2024 09:00 s.d. 15/07/2024 11:00

Waktu Habis

Dokumen: spesifikasi teknis, Bab: spesifikasi teknis

Sudah Dijawab

untuk item 1 dituliskan 285 - 475 VAC apakah ini menunjukan inputan kah ?

apabila saya dapat item yang sama hanya beda inputan yg menunjukan 120 -290 VAC

Lampiran

Penyedia 556e851c00e9

15/07/2024 09:12

inputan sesuai dengan spesifikasi yang terdapat dalam dokumen yaitu inputan sebesar 285-475 VAC

POKJA

15/07/2024 09:50

Dokumen: LDP dan Spesifikasi, Bab: Spesifikasi

Sudah Dijawab

Yth Pokja,

1. mohon info item apa saja yang memerlukan surat dukungan.

2. mohon info untuk item nomer 1 kapasitas berapa VA yang dibutuhkan?

Terima kasih

Penyedia beb7e7837d57

15/07/2024 09:33

1. Surat Dukungan dari Principle/Distributor Resmi serta dilampiri dengan surat penunjukan distributor

resmi/LoA dan berlaku untuk semua item barang.

2. Kapasitas VA yaitu 15 KVA/13.5 KW.

Inputan 285-475 VAC

Output 220/230/240 VAC

POKJA

15/07/2024 09:54